

## STANDARD AND CERTIFICATION

### AUSZUG AUS DIN 862

#### ABRIDGEMENT OF DIN 862

zu Messende Länge measuring length l (mm)	Fehlergrenze G in µm bei Ablesung Tolerance at reading mm		
	0.1 + 0.05	0.02	0.01
50 - 100	50	20	20
100 - 200	50	30	30
200 - 300	50	30	30
300 - 400	60	30	30
400 - 500	70	30	30
500 - 600	80	30	30
600 - 700	90	40	40
700 - 800	100	40	40
800 - 900	110	40	40
900 - 1000	120	40	40
1000 - 1200	140	50	-
1200 - 1400	160	50	-
1400 - 1600	180	60	-
1600 - 1800	200	60	-
1800 - 2000	220	60	-

#### HINWEIS ZUR KALIBRIERUNG:

Alle in diesem Katalog angebotenen, nach DIN gekennzeichneten Messmittel können nach den gültigen Vorschriften von VDI/VDE/DGQ 2618 kalibriert werden. Messmittel, die nach Werksnorm hergestellt sind, können nur nach den angegebenen Werksnormen kalibriert werden.

Wir können Ihnen unsere Messmittel mit aktuellem Kalibrierschein liefern. Die Kalibrierung erfolgt durch ein externes Kalibrierlabor (mit DKD-Akkreditierung) unserer Wahl. Die Lieferzeit für eine externe Kalibrierung beträgt ca. eine Woche. Aufträge mit Kalibrierung können nicht storniert werden, Ebenso ist Ware mit Kalibrierschein vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

Falls Sie die Kalibrierung von einem anderen Kalibrierlabor durchführen lassen, übernehmen wir keine Haftung für den Fall, dass die Messmittel aus irgendeinem Grund die Kalibrierung nicht bestehen. Schaden- bzw. Kostenersatz sind somit ausgeschlossen.

**Achtung: für die Kalibrierung wird weder Rabatt noch Nachlass gewährleistet!**

#### ABOUT THE CERTIFICATION:

We are also able to quote all DIN measuring tools with a certificate to VDI/VDE/DGQ 2618. Measuring tools manufactured at factory standard will be certificated according to this norm.

The calibrations will be done by an external calibration laboratory which is accredited on DKD. The delivery time for external calibration will take approx. one week. Calibration orders can't be cancelled and calibrated goods are excluded from sale of return.

Wether you expect a calibration by laboratory of your choice, we are unable to guarantee for passing. Compensation or refund of costs are also impossible.

**Attention: No discount of the certification cost!**

Artikel Artikel-No.	Messmittel Measuring tools	Prüfvorschrift Certification rule	Euro/St. Euro/Pc.
<b>403.501</b>	Högenreißer bis 300 mm Height Gauge until 300 mm	VDI/VDE/DGQ 2618/8 DIN 862	<b>16,20</b>
<b>403.502</b>	Högenreißer bis 600 mm Height Gauge until 600 mm	VDI/VDE/DGQ 2618/8 DIN 862	<b>23,70</b>
<b>403.503</b>	Högenreißer bis 1000 mm Height Gauge until 1000 mm	VDI/VDE/DGQ 2618/8 DIN 862	<b>42,10</b>
<b>403.504</b>	Znetrierwinkel Center Squares	DIN 2250 DIN 875/2	<b>14,30</b>

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!